

PREDMET NABAVE: Respirator
 Evidencijski broj nabave – 40/26

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Redni broj	Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene	Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE)	Broj stranice iz ponudbene dokumentacije u katalogu na kojoj je označena ponuđena karakteristika
I.	<u>TRANSPORTNI RESPIRATOR</u> Naziv proizvođača: _____ Naziv modela: _____		
1.	Transportni ventilator za hitne intervencije namijenjen za hitnu medicinsku službu, vojsku i bolnice		
2.	Respirator raspolože s tri volumenski kontrolirana ventilacijska moda (IPPV, SIMV i S-IPPV) i s modom za neinvazivnu spontanu ventilaciju s tlačnom potporom (CPAP+PS)		
3.	Mogućnost podešavanja koncentracija inspiracijskog kisika u rasponu od 21% do 100%		
4.	Uređaj raspolaže modovima za žurno pokretanja ventilacije: -kroz unos visine i spola pacijenta i -kroz selekciju dobi pacijenta (dojenče/dijete/odrasli pacijent)		
5.	Raspoloživost okidačkih tipki za manualnu ventilaciju pacijenta pozicioniranih na pacijent crijevu neposredno uz ventilacijsku masku		
6.	Inspiratorni protok min. 150 l/min.		
7.	Svi priključci za ventilaciju pacijenta nalaze se na prednjoj strani uređaja		

Prilog 3

8.	Raspoloživi priključak za kisik na frontalnoj strani uređaja		
9.	Težina respiratora max. 2.1 kg		
10.	TFT zaslon u boji veličine min. 4.3"		
11.	Ulazni, antivirusni/antibakterijski filter s ciljem optimalne zaštite uređaja od kontaminacije, integriran u uređaj		
12.	Interna Li-Ion baterija, radne autonomije min. 8 sati		
13.	Napajanje izmjeničnom (100-240 V, 50/50Hz) i istosmjernom (12-15 V) strujom (AC/DC)		
14.	Dimenzije uređaja maksimalno: 210 mm x 140 mm x 130 mm		
15.	Zamjena interne baterije moguća od strane operatera bez potrebe za intervencijom servisa		
16.	Blještavo, veliko alarmno svjetlo s ciljem sigurnosti postupka ventilacije		
17.	Uređaj raspolaže Bluetooth konekcijom		
18.	Uređaj posjeduje utor za SD karticu		
19.	Mogućnost konfiguriranja uređaja preko zasebnog operatorskog menija		
20.	Osiguran interaktivni simulacijski software u svrhu obuke za rad s uređajem		
21.	Priključno crijevo na dovod kisika u vozilu dužine min. 2 m		
22.	Regulator tlaka udovoljava slijedećim zahtjevima: -dimenzija unutarnjeg navoja visokotlačnog priključka na bocu s kisikom: W21,8 x 1/14" -dimenzija vanjskog navoja inhalacijskog konektora: UNF 9/16" -zakretni selektor inhalacijskog protoka s rasponom 0-15 L -mjerac pritiska u boci s kisikom: 0-200 bara		
23.	Boca s kisikom zapremine 2 L/200 bara, s dimenzijama vanjskog navoja priključka na regulator tlaka: W21,8 x 1/14"		
24.	Zidni nosač s priključkom za istosmjernu struju (12 V/DC)		
25.	Ventilacijska maska za odrasle		
26.	Minimalni stupanj zaštite od prašine i tekućina: IP 54		
27.	Uređaj ispunjava standarde: EN 60601-1, DIN EN 1789 i EN 13718-1		

Prilog 3

28.	Radna temperatura u minimalnom rasponu: -18C - +50C		
29.	Uređaj ima turbinski pogon koji omogućava ventilaciju pluća i bez priključka na vanjski izvor kisika		
30.	Jamstvo na uređaj minimalno 2 godine od dana isporuke uređaja.		

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

(mjesto i datum)