

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

**Naručitelj:** Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1,  
Krapina, OIB: 17813384799

**Predmet nabave:** Videolaringoskop sa špatulom/lopaticom/

<b>Redni broj</b>	<b>Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene</b>	<b>Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE)</b>	<b>Broj stranice iz ponudbene dokumentacije u katalogu na kojoj je označena ponudena karakteristika</b>
<b>I.</b>	<b>Električni kardio stolac sa sustavom za fiksaciju</b> <b>Naziv proizvođača:</b> _____ <b>Naziv modela (ako postoji):</b> _____		
1	Rezolucija minimalno 3,72lp/mm		
2	Vizualni kut $60^{\circ} \pm 9^{\circ}$		
3	Trajanje baterije: minimalno 1 sat		
4	Broj punjenja: minimalno 1000 puta		
5	Ekran: minimalno 2.5" TFT		
6	Snaga potrošnje: maksimalno 2W		
7	Osvjetljenje: minimalno 150 LUX		
8	Kut rotacije monitora sprijeda i straga: $0^{\circ} \sim 130^{\circ}$		
9	Kut rotacije monitora na desno i lijevo: $0^{\circ} \sim 270^{\circ}$		
10	Težina: maksimalno 185 grama		
11	Ulazni punjač: 220 V, 50 Hz		

12	Vanjski punjač		
13	Vrijeme punjenja: maksimalno 4 sata		
14	Kontinuirano trajanje baterije nakon punjenja minimalno 90 minuta		
15	Radno okruženje – temperatura u kojoj uređaj radi: minimalno od -5 do +50°C		
16	Relativna vlažnost zraka na kojoj uređaj radi: 10%~90%		
17	Mora biti omogućen rad u magli		
18	Mora biti omogućen rad bez snimanja		
19	Mora biti omogućeno snimanje slike i videa		
20	Lopatica višekratna veličine kao McIntosch veličine 4		
21	Lopatica višekratna veličine kao McIntosch veličine 2		
22	Jamstvo minimalno jednu godinu od primopredaje uređaja		

**ZA PONUDITELJA:****M.P.**


---

**(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)**


---

**(mjesto i datum)**