

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PREDMET NABAVE: Prijenosna boca s kisikom i redukcijским ventilom
 Evidencijski broj nabave – 27/25

RB.	Karakteristike	Zadovoljava karakteristiku (DA/NE)
1.	Protokomjer kisika sljedećih karakteristika:	
1.1.	Regulator sa selektorom protoka	
1.2.	Rotirajući manometar za jednostavnija očitavanja	
1.3.	Okretni izlaz za 360° omogućava bolje postavljanje nazalne kanile ili maske za kisik prema pacijentu	
1.4.	Samocentrirajući protokomjer sa kontinuiranim protokom između postavki za opskrbu medicinskim plinom u slučaju kvara mehanizma	
1.5.	Lateralno i frontalno očitavanje postavki protoka	
1.6.	Postavke dodatnog protoka od 25l/min omogućava korištenje kod reanimacije	
1.7.	Bez potrebe za preventivnim održavanjem	
1.8.	Vrsta plina: O ₂ , Zrak, N ₂ O, CO ₂ , N ₂ O/O ₂ , Xe	
1.9.	Ulazni tlak: 300 bar	
1.10.	Nominalni izlazni tlak: 4 bar	
1.11.	Protok: 0 - 25 l/min	
1.12.	Postavke protoka: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 25 l/min	
1.13.	Ulazni priključak: Sukladno nacionalnim standardima	
1.14.	Izlazni priključak: 9/16"UNF	
1.15.	Materijal kućišta: Niklovani (kromirani) mesing	
1.16.	O-brtva od sintetičke gume EPMD	
1.17.	Upravljački gumb od poliamida	
1.18.	Filter od sintetirane bronce	
1.19.	Sukladan direktivi za medicinske uređaje 93/42/EEC ili jednakovrijedan	
Boca za kisik 2L sa RPV ventilom		
2.	Boca za kisik od 2L sa RPV ventilom	
2.1.	Čelična boca za kisik Ø 100 mm	
2.2.	Testirana na min. 300 bar	
2.3.	Min. debljina stijenke boce 2.5 mm	
Boca za kisik 10L sa RPV ventilom		
3.	Boca za kisik od 10L sa RPV ventilom	
3.1.	Čelična boca za kisik Ø 140 mm	
3.2.	Testirana na min. 300 bar	
3.3.	Min. debljina stijenke boce 2.45 mm	

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

(mjesto i datum)

